

Số: /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá
trang thiết bị y tế

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác chuyên môn cho các khoa trong Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Thông tin liên hệ (nếu cần): Bà Bùi Thị Yến, phòng Vật tư-thiết bị y tế, điện thoại 0946002558. (Chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận bản giấy báo giá

Các đơn vị gửi báo giá trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: yenvattu@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm Thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện.

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua địa chỉ email nêu trên (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế, vật tư

Số TT	Tên Thiết bị	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
1	Giường bệnh nhân 3 tay quay	<p>- Tính năng:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Sử dụng cho bệnh nhân cấp cứu, hồi sức tích cực.+ Điều khiển bằng hệ thống tay quay+ Thay đổi được ít nhất các tư thế: chiều cao, đầu, chân <p>- Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Khung giường với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ+ Bộ tay quay: ≥ 03 bộ+ Tấm đầu giường: 02 cái+ Tay vịn (lan can chống ngã): 02 cái+ Đệm mút bọc giả da không thấm nước: 01 cái+ Bảng công khai thuốc: 01 chiếc+ Cọc truyền: 01 chiếc (có 4 vị trí cắm)+ Bàn ăn: 01 cái+ Chất liệu: thép sơn tĩnh điện, hợp kim nhôm, nhựa ABS.+ Kích thước: $(2,1 \times 0,95 \times 0,5)m \pm 5\%$ <p>- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485</p>	Cái	35
2	Tủ đầu giường	<p>- Tính năng: Sử dụng để đựng vật dụng, tư trang cá nhân... của bệnh nhân</p> <p>- Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Tủ chính: 01 cái+ Bàn trượt: 01 cái+ Ngăn kéo: 01 cái+ Khay để đồ (ngăn tủ): ≥ 01 cái+ Giá treo khăn: ≥ 01 cái <p>Thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Kích thước (rộng x sâu x cao) = $(0,45 \times 0,45 \times 0,75)m \pm 10\%$+ Chất liệu: nhựa ABS chuyên dụng trong y tế+ Có bánh xe di chuyển+ Khay để đồ (ngăn tủ phía dưới) tháo lắp dễ		35

Số TT	Tên Thiết bị	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
		dàng, thay đổi được vị trí (cao, thấp)		
3	Giường cáng	<p>- Tính năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sử dụng trong việc vận chuyển người bệnh khẩn cấp đến phòng mổ và phòng điều trị. + Thay đổi được ít nhất các tư thế: chiều cao, phần lưng. <p>- Cấu hình cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khung giường chính: 01 cái + Bánh xe: 05 cái (có bánh dẫn hướng) + Khung treo dịch truyền loại 04 móc: 01 cái + Lan can bằng ca: 01 cái + Đệm simili giả da: 01 cái <p>- Thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước (dài x rộng x cao): 1,95m x 0,65m x (0,6 ÷ 0,85)m ±5% + Điều chỉnh được chiều cao bằng tay quay + Góc điều chỉnh phần lưng: từ 0 ~70° (±5°) + Tải trọng tối đa: ≥140 Kg + Bề mặt lan can bằng nhựa ABS chống nhiễm khuẩn + Khung chính bằng thép dập định hình, sơn tĩnh điện <p>- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485</p>	Cái	40
4	Bàn tiểu phẫu	<p>- Tính năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật nhỏ (tiểu phẫu). + Ít nhất điều chỉnh được các tư thế: độ cao bàn, nâng/ hạ đầu, nâng/ hạ chân, nghiêng trái/ phải/ trước/ sau. <p>- Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước (dài x rộng x cao): 2m x 0,5m x (0,7 ÷ 0,95)m ±5% + Điều khiển bằng điện hoặc cơ cấu thủy lực hoặc tay quay + Nghiêng trái/ phải: ≥ ± 25° 	Cái	01

Số TT	Tên Thiết bị	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
		<ul style="list-style-type: none"> + Nghiêng trước $\geq 20^\circ$; nghiêng sau: $\geq 25^\circ$ + Nâng lưng: $\geq 75^\circ$; hạ lưng: $\geq 15^\circ$ + Nâng đầu: $\geq 30^\circ$; hạ đầu: $\geq 75^\circ$ + Nâng chân: $\geq 15^\circ$ và hạ chân: $\geq 75^\circ$ + Có bánh xe di chuyển - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 		
5	Bàn bó bột	<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho bệnh nhân nằm để thực hiện kỹ thuật kéo, nắn, bó bột. - Cấu hình: <ul style="list-style-type: none"> + Bàn chính: 01 cái + Hệ thống cố định, kéo nắn: 01 bộ + Hệ thống chỉnh kéo tay, kéo chân: có thể cân chỉnh dài ngắn phù hợp chiều cao từng bệnh nhân. - Thông số kỹ thuật cơ bản: <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước (dài x rộng x cao): (2m x 0,6m x 0,8m) $\pm 5\%$ + Mặt bàn có thể nâng hạ + Chất liệu bàn: thép không gỉ hoặc hợp kim đúc hoặc thép sơn tĩnh điện. + Khung kéo nắn: Inox ống đường kính 50mm $\pm 5\%$, độ dày ≥ 1mm; có thể điều chỉnh độ dài phù hợp chiều cao từng bệnh nhân. + Bánh xe di chuyển có khóa. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 	Cái	01
6	Đèn tiểu phẫu	<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng: Sử dụng chiếu sáng trong quá trình thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật nhỏ (tiểu phẫu). - Thông số kỹ thuật cơ bản: <ul style="list-style-type: none"> + Bóng đèn: công nghệ LED + Độ sáng: ≥ 40000 Lux + Điều chỉnh được nhiệt độ màu và cường độ ánh sáng + Điều chỉnh được tiêu cự và đường kính vùng sáng 	Cái	01

Số TT	Tên Thiết bị	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
		+ Công suất: $\geq 12W$ + Nguồn điện: AC100-240V – 50Hz/60Hz - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485		

Ghi chú: các đơn vị có thể báo giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng thuộc danh mục nêu trên.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: không
- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán.

4. Các thông tin khác

- Tình trạng hàng hoá: mới 100%.
- Thời gian bảo hành: theo quy định của nhà sản xuất.
- Mẫu báo giá: theo Phụ lục Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc BV (để báo cáo);
- Phòng ĐD-CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tuyên