

Số: /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá
trang thiết bị y tế

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác chuyên môn cho các khoa trong Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận bản giấy báo giá

Các đơn vị gửi báo giá trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh về địa chỉ sau đây (**ghi trên bao bì báo giá**):

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.


- Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com


3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 15 ngày, kể từ thời điểm Thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện.

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua địa chỉ email nêu trên (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 3 Mục này.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Bà Bùi Thị Yến, phòng Vật tư - TBYT, SĐT 0946002558. (Chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này).

STT	Tên TTBYT	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
1	Đèn khám	<p>- Tính năng: Dùng để chiếu sáng phục vụ công tác khám bệnh, thực hiện thủ thuật trong y khoa.</p> <p>- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bóng đèn công nghệ Led + Cường độ ánh sáng $\geq 80.000\text{lux}$ (đường kính 150mm) ở khoảng cách làm việc $\geq 30\text{ cm}$. + Tuổi thọ bóng đèn ≥ 40.000 giờ + Cổ đèn điều chỉnh được theo nhu cầu sử dụng. + Chiều cao tối đa: $\geq 165\text{ cm}$. + Chân đế có bánh xe di chuyển được + Điện áp sử dụng: 220V/50Hz <p><i>Hình ảnh minh họa</i></p> 	Cái	1
2	Ghế khám hậu môn	<p>- Tính năng: Dùng để bệnh nhân ngồi thăm khám hậu môn</p> <p>- Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ghế chính: 01 cái + Bô: ≥ 01 cái + Camera: ≥ 01 cái (gắn cùng ghế chính) <p>- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ghế điều chỉnh được chiều cao bệ ngồi ít nhất từ 60 ÷ 80cm; kích thước: 60 x 50 x 80(cm)$\pm 5\%$; chất liệu thép không gỉ. + Camera gắn dưới gầm ghế để soi hậu môn, độ phân giải full HD, góc nhìn rộng ≥ 90 độ. Độ phóng 	Bộ	1

STT	Tên TTBYT	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
		<p>đại Zoom $\geq 4X$, Tự động lấy nét hình ảnh. Tự động, kết nối USB. Có chức năng kết nối xem trực tiếp trên máy tính, màn hình TV thông thường.</p> <p><i>Hình ảnh minh họa</i></p> 		
3	Xe tiêm 3 tầng inox	<p>- Tính năng: Sử dụng để vận chuyển các y, dụng cụ và phát thuốc cho bệnh nhân.</p> <p>- Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khung chính: 02 cái làm bằng inox ống $\varnothing 22\text{mm}$ dày $\geq 1.2\text{mm}$ + Tầng khay: 03 cái làm bằng tấm inox dày $\geq 0,8\text{mm}$; mỗi tầng đều có lan can 4 phía làm bằng inox ống C12$\varnothing 12.7\text{mm}$ dày $\geq 1\text{mm}$ + Ngăn kéo: 01 cái dưới tầng trên cùng chia làm 06 ô để đựng thuốc và vật tư tiêu hao. + Giỏ đựng xô: 01 cái + Giỏ đựng vật tư tiêu hao: 01 cái + Giỏ đựng chai nước sát khuẩn: 01 cái + Móc treo can đựng vật sắc nhọn: 02 cái 	Cái	4

STT	Tên TTBYT	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
		<ul style="list-style-type: none"> + Bánh xe: 04 cái Ø100mm chuyển hướng, trong đó ít nhất có 2 bánh có phanh hãm + Vật liệu toàn bộ xe được làm bằng inox SUS304 trở lên (trừ bánh xe). + Kích thước: (D825xR520xC950)mm + Khung xe bên phải (nhìn từ phía ngăn kéo) có 2 móc treo túi đựng rác tái chế, 1 giỏ đựng xô, + Khung bên trái có 1 giỏ đựng vật tư tiêu hao, 1 giỏ đựng chai nước sát khuẩn, 2 móc treo can đựng vật sắc nhọn + Tải trọng mỗi tầng $\geq 20\text{kg}$. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 (Các thông số về kích thước, đường kính cho phép sai số 5%)		
4	Huyết áp cơ kèm ống nghe	<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng: Dùng để đo huyết áp cho người lớn - Cấu hình: <ul style="list-style-type: none"> + Bao đo: 01 cái + Đồng hồ áp suất: 01 cái + Quả bóp: 01 cái + Túi đựng: 01 cái + Ống nghe: 01 cái - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản: <ul style="list-style-type: none"> + Chung loại đo người lớn + Hiển thị: đồng hồ kim + Vị trí đo: bắp tay + Ống nghe loại nghe 2 mặt - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 	Bộ	2
5	Balong oxy (túi đựng oxy)	<ul style="list-style-type: none"> -Tính năng: Sử dụng để tích trữ, cung cấp oxy cho bệnh nhân - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản: <ul style="list-style-type: none"> + Chất liệu: vải bố chịu lực + Dung tích: ≥ 20 lít + Có van/khóa điều chỉnh lưu lượng - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 	Cái	2
6	Bộ van khám hậu môn cỡ nhỏ	<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng: Dùng để khám hậu môn - Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật cơ bản: <ul style="list-style-type: none"> + Hộp chống sock: 01 cái; kích thước(D20xR10xC5)cm $\pm 5\%$ + Cốc đựng bông còn: 01 cái; đường kính Ø8 $\pm 5\%$ + Pank thẳng không máu 01 cái; kích thước:16cm$\pm 5\%$ + Van khám hậu môn dạng ống: Loại 16mm: 01 cái 	Bộ	2

STT	Tên TTBYT	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
7	Bộ van khám hậu môn cỡ trung	<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng: Dùng để thăm khám hậu môn - Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật cơ bản: + Hộp chống sock: 01 cái; kích thước(D20xR10xC5)cm ±5% + Cốc đựng bông cotton: 01 cái; đường kính Ø8 ±5% + Pank thẳng không máu 01 cái; kích thước:16cm±5% + Van khám hậu môn dạng ống: Loại 22 mm: 01 cái 	Bộ	5
8	Bộ van khám hậu môn cỡ lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng: Dùng để thăm khám hậu môn - Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật cơ bản: + Hộp chống sock: 01 cái; kích thước(D20xR10xC5)cm±5% + Cốc đựng bông cotton: 01 cái; đường kính Ø8±5% + Pank thẳng không máu 01 cái; kích thước:16cm±5% + Van khám hậu môn dạng ống: Loại 25mm: 01 cái + Chất liệu thép không gỉ 	Bộ	2
9	Bàn ép huyết tương	<ul style="list-style-type: none"> -Tính năng: Dùng để ép huyết tương túi máu sau li tâm - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản + Vật liệu: thép không gỉ + Lực ép: 20N±5% + Kích thước: 160 x 250 x 250mm±5% 	Cái	2
10	Ghế lấy máu	<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng: Dùng để bệnh nhân ngồi lấy máu - Cấu hình: + Ghế chính: 01 bộ + Gối: 01 cái - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản: + Kích thước tổng thể: (1,8 x 0,65 x 0,4)m ±5% + Kích thước gấp gọn: (60 x 6 x 10)cm ±5% + Vật liệu khung: thép sơn tĩnh điện hoặc inox + Vật liệu mặt ghế: sợi đan Polyethylene hoặc tương đương + Tải trọng: ≥ 200kg 		10
11	Làn nhựa (Rổ nhựa)	<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng: Dùng để đựng túi máu - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản: + Chất liệu: Nhựa PP + Kích thước: (30 x20x20)cm±10% + Có quai cầm hai bên thành rổ + Có các lỗ nhỏ xung quanh thành rổ <p><i>Hình ảnh minh họa:</i></p>	Cái	5

STT	Tên TTBYT	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
				

Ghi chú:

- Các đơn vị có thể chào giá các mặt hàng có cùng chủng loại, tương đương về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản đối với những mặt hàng có trong danh mục trên
- Các đơn vị có thể chào giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng thuộc danh mục nêu trên.
- Các đơn vị có thể đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để khảo sát cụ thể làm căn cứ báo giá.
- Hình ảnh đính kèm chỉ mang tính minh họa.

II. Nội dung mời báo giá

1. Danh mục trang thiết bị y tế, vật tư mời báo giá

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Đ/c: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: không
- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán./.
- **Mẫu báo giá:** theo Phụ lục I đính kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc BV (để b/c);
- Phòng ĐD-CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC I. MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1											
2											
n											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày phù hợp với thông tin tại khoản 5 Mục I - Yêu cầu báo giá], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Bảo hành: tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))