

Số: /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá máy X quang
C arm hỗ trợ phẫu thuật

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm máy X quang C arm hỗ trợ phẫu thuật với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông Phạm Mẫn Toàn, phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số ĐT: 0969.942.288.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận bản giấy báo giá:

Các đơn vị báo giá gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế

| Stt | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
|-----|--|--|----------|-------------|
| 1 | Máy X quang C arm hỗ trợ phẫu thuật | <p>1. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau - Máy chính đồng bộ - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến ≥ 25 độ C, độ ẩm tối đa đến $\geq 60\%$ - Thiết bị tương thích nguồn điện: 220V/50Hz \pm 10% <p>2. Yêu cầu cấu hình</p> <p>2.1. Máy chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân máy chính mang cánh tay hình chữ C: 01 bộ - Bộ phát cao tần (tủ phát cao thế): 01 bộ - Bóng X quang (bóng phát tia): 01 bộ - Bộ chuẩn trục chùm tia: 01 bộ - Bộ định vị laser tích hợp: 01 bộ - Bộ thu nhận (tạo ảnh): 01 bộ - Bộ điều khiển, bao gồm: Bảng điều khiển: 01 cái. Bàn đạp chân điều khiển phát tia: 01 cái. Tay cầm điều khiển phát tia: 01 bộ - Trạm xử lý, lưu trữ, hiển thị hình ảnh: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ - Đĩa/ USB cài đặt phần mềm: 01 bộ <p>2.2. Trang thiết bị phụ trợ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áo chì: 03 - Kính chì bảo vệ mắt: 03 - Vòng cổ chì che tuyến giáp: 03 <p>3. Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản đối với máy chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chung loại: máy chụp X quang cánh tay chữ C sử dụng trong phòng mổ - Cánh tay hình chữ C: Di chuyển cánh tay chữ C | 01 | Cái |

| Stt | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
|-----|----------|---|----------|-------------|
| | | <p>theo chiều dọc (lên/ xuống) bằng động cơ. Có khóa/ mở khóa di chuyển.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phát cao tần điều khiển bằng vi xử lý. - Bộ thu nhận ảnh: công nghệ bầu tăng sáng hoặc cao hơn, hiệu suất lượng tử phát hiện DQE: $\geq 65\%$ - Bộ điều khiển: Thiết kế trên xe đẩy, có công tắc dừng khẩn cấp. Có chế độ phát tia: liên tục và xung - Phần mềm: Có các chức năng hậu xử lý như xoay hình ảnh, phóng đại, điều chỉnh độ sáng, đo đặc khoảng cách, góc; có tính năng tăng cường chất lượng hình ảnh và giảm liều tia; có ứng dụng cho chẩn thương chỉnh hình. - Có khả năng kết nối với hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS tại Bệnh viện. | | |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: theo quy định (hai bên thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng nếu có).

5. Các thông tin khác

Các đơn vị báo giá theo mẫu áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế ban hành kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng Điều dưỡng - CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tuyên