

Số: /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp báo giá
trang thiết bị y tế

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác chuyên môn cho các khoa trong Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

2. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Phạm Mẫn Toàn, phòng Vật tư-thiết bị y tế, điện thoại 0969942288. (Chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận bản giấy báo giá

Các đơn vị gửi báo giá trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

- Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm Thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện.

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua địa chỉ email nêu trên (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế, vật tư

Số TT	Tên Thiết bị	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
1	Bộ xử lý hình ảnh nội soi kèm nguồn sáng	<ul style="list-style-type: none"> - Mã: CV-170 (hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương sử dụng tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi tiêu hoá của hãng OLYMPUS, model: CV-150 hoặc CV-170 hoặc CV-180) - Tình trạng: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	Chiếc	1
2	Máy cắt đốt nội soi	<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng cơ bản: + Dùng để cut, đốt polip, cắt hót niêm mạc + Dùng trong một số can thiệp mạch máu khác - Cấu hình cơ bản: + Máy cắt đốt cao tần: 01 bộ + Dây cáp kết nối dụng cụ can thiệp: ≥ 01 cái + Điện cực trung tính: ≥ 01 cái + Công tắc đạp chân: - Thông số kỹ thuật cơ bản: + Nguồn điện sử dụng: 220V $\pm 10\%$/ 50Hz + Công suất max: $\geq 100W$ (điều chỉnh được) + Có màn hình hiển thị các chế độ làm việc + Có các chương trình kiểm tra tiếp xúc, kiểm soát tia lửa, chống rò rỉ... + Có chế độ kiểm soát tia đốt nhanh, tự động điều chỉnh năng lượng đầu ra. + Có chế độ hỗ trợ cắt năng lượng cao. - Tình trạng: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 	Chiếc	1
3	Dây cáp chuyển đổi tín hiệu	<ul style="list-style-type: none"> - Mã: MAJ-1558 (hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương sử dụng tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi tiêu hoá của hãng OLYMPUS, model: CV-150 hoặc CV-170 hoặc CV-180) - Tình trạng: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 	Chiếc	1

Số TT	Tên Thiết bị	Yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	SL
4	Ống nội soi dạ dày video	<ul style="list-style-type: none"> - Mã: GIF-H170 (hoặc phụ kiện có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương sử dụng tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi tiêu hoá của hãng OLYMPUS, model: CV-150 hoặc CV-170 hoặc CV-180) - Tình trạng: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 	Chiếc	1

Ghi chú:

- Các đơn vị có thể báo giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng thuộc danh mục nêu trên.

- Các đơn vị mô tả rõ thông số kỹ thuật đối với các mặt hàng mà đơn vị báo giá và đính kèm catalogue của các mặt hàng đó trong báo giá.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: không

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán./.

4. Các thông tin khác

- Tình trạng hàng hoá: mới 100%.

- Thời gian bảo hành: theo quy định của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Mẫu báo giá: theo Phụ lục Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc BV (để báo cáo);
- Phòng ĐD-CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Văn Tuyên