

Số: 607 /BVĐK-VTTBYT
V/v mời cung cấp thông tin
kỹ thuật, báo giá máy X quang C Arm
hỗ trợ phẫu thuật

Ninh Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu mua sắm Máy X quang C Arm hỗ trợ phẫu thuật, cụ thể như sau:

Stt	Tên tài sản	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản
1	Máy X quang C Arm hỗ trợ phẫu thuật	01	Cái	<p>1. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none">- Tình trạng mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau- Máy chính đồng bộ- Nhà sản xuất trang thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn ISO 13485- Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa đến ≥ 25 độ C, độ ẩm tối đa đến $\geq 60\%$- Thiết bị tương thích nguồn điện: 220V/50Hz <p>2. Yêu cầu cấu hình</p> <p>2.1. Máy chính:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thân máy chính mang cánh tay hình chữ C: 01 bộ- Bộ phát cao tần: 01 bộ- Bóng X quang: 01 bộ- Bộ chuẩn trục chùm tia: 01 bộ- Bộ định vị laser tích hợp: 01 bộ- Bộ thu nhận: 01 bộ- Bộ điều khiển, bao gồm: Bảng điều khiển: 01 cái. Bàn đạp chân điều khiển phát tia: 01 cái. Tay cầm điều khiển phát tia: 01 cái- Trạm xử lý, lưu trữ, hiển thị hình ảnh: 01 bộ- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ- Đĩa/ USB cài đặt phần mềm: 01 bộ <p>2.2. Trang thiết bị phụ trợ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Áo chì: 03- Kính chì bảo vệ mắt: 03- Vòng cổ chì che tuyến giáp: 03- Bộ lưu điện (UPS) cho trạm lưu trữ: 01 bộ <p>3. Tính năng, thông số kỹ thuật</p> <p>Chủng loại: máy chụp X quang cánh tay chữ C sử dụng trong phòng mổ</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Cánh tay hình chữ C: Di chuyển cánh tay chữ C theo chiều dọc (lên/ xuống) bằng động cơ. Có khóa/ mở khóa di chuyển. - Bộ phát cao tần, điều khiển bằng vi xử lý. - Bộ điều khiển: Thiết kế trên xe đẩy, có công tắc dừng khẩn cấp. Có chế độ phát tia: liên tục và xung - Bộ phần mềm: Có các chức năng hậu xử lý như xoay hình ảnh, phóng đại, điều chỉnh độ sáng, đo đặc khoảng cách, góc. Có tính năng tăng cường chất lượng hình ảnh và giảm liều tia. Ít nhất có ứng dụng cho chẩn thương chỉnh hình. - Khả năng kết nối với hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS tại Bệnh viện: hai chiều.
--	--	--	--

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình kính mời các công ty, đơn vị có đủ khả năng, năng lực cung cấp thông tin kỹ thuật, báo giá cho tất cả hàng hóa nêu trên.

Yêu cầu hồ sơ bao gồm: Catalog, bản thông số kỹ thuật với đầy đủ nội dung: tên chung, tên thương mại; hãng, nước, năm sản xuất; hãng, nước chủ sở hữu; tiêu chuẩn chất lượng, môi trường hoạt động; cấu hình; tính năng, công nghệ, thông số kỹ thuật chi tiết; khả năng kết nối với hệ thống thông tin y tế, nâng cấp, cập nhật phần mềm; các điều khoản thương mại, bảo hành, ...

- **Thời gian nhận tài liệu:** trong vòng 15 ngày kể từ ngày Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện.

- **Nơi nhận tài liệu:** Bộ phận Văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293 871 030.

(bản scan gửi qua email: vattudknb@gmail.com)

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV;
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

